

**INSTRUMENTO:** Instrumento de pesaje de funcionamiento no automático

**SOLICITANTE:** METTLER TOLEDO, S.A.E.

**DIRECCIÓN:** C/ Miguel Hernández nº 69-71  
08908 L'HOSPITALET DE LLOBREGAT NIF/CIF/DNI: A08244568

**TIPO DE ACTUACIÓN:** Declaración de conformidad con el modelo basada en la verificación del producto (módulo F).

**CONFORME A:** Requisitos de la Directiva 2014/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de febrero de 2014, mediante los exámenes y ensayos de verificación establecidos en la norma europea EN45501:2015.

IDENTIFICACIÓN:	Conjunto	Indicador	Transductor	Receptor de carga	
Marca	METTLER TOLEDO	METTLER TOLEDO	METTLER TOLEDO	METTLER TOLEDO	
Modelo/ tipo	BPT	IND780	MTX	Empotrada, Metálica	
Nº de serie/otros	B906213267	B906213267-5BW	6 unidades	6 apoyos	16 x 3 m

**CARACTERÍSTICAS METROLÓGICAS:**

	clase ( III )	Max	50000 kg	Min	1000 kg
	e 20 kg	n	2500	T	-Max

**FECHA VERIFICACIÓN:** 02/07/2020

**PRECINTADO:** Visor

**CERTIFICADO DE APROBACIÓN CE DE MODELO:** T2391

El Certificado de Conformidad es válido para el siguiente lugar de instalación/localización/área de uso:

ENAGAS TRANSPORTE, S.A.U.  
MUELLE INFLAMABLES, S/N. ZONA FRANCA / CONTA DIQUE SUR  
08032 BARCELONA

**SIGNATARIO/s AUTORIZADO/S:**  
Responsable Técnico

Inspector