

INGENIERIA DE GESTIÓN INDUSTRIAL S.L. (Unipersonal)

Avda. de las Regiones, 5
13600 Alcázar de San Juan (C. Real)
Tfno.: 926 588 100 Fax: 926 542 505
email: ingein.alcazar@ingein.es



OBJETO

Item

BÁSCULA PUENTE

MARCA

Mark

METTLER TOLEDO

MODELO

Model

BPT (JAGUAR (DI))

IDENTIFICACIÓN

Identification

**2011021 (5104452-5CA (DI))
TERMINAL BASCULA ISLETA C**

SOLICITANTE

Applicant

**ENAGAS SA
Muelle inflamables Puerto Barcelona
08039 Barcelona
BARCELONA**

FECHA/S DE CALIBRACIÓN

Date of calibration

23 octubre 2018

Signatario/s autorizados/s

Authorized signatory/ies



Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de acreditación concedida por ENAC, que ha comprobado las capacidades de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales o internacionales
ENAC es firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) de calibración de European Cooperation for Accreditation (EA) y de International Laboratory Accreditation Cooperation (ILAC)

This certificate is issued in accordance with the condition of accreditation granted by ENAC which has assessed the measurement capability of the laboratory and its traceability to national or international standards

ENAC is one of the signatories of the Multilateral Agreement of the European Cooperation for Accreditation (EA) and the International Laboratories Accreditation Cooperation (ILAC)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Alcance Máximo: 50000 kg	Alcance Mínimo: 400 kg	Resolución: 20 kg	Lugar calibración: IGUAL DIRECCIÓN
Tipo disp. indicador: Electrónico	Tipo disp. transmisor: Célula Hormigón	Ubicación en la instalación:	
Instalación: Sobresuelo	Nº apoyos: 6		

METODOLOGÍA

La calibración se ha efectuado empleando el procedimiento de calibración PE-07 elaborado por INGEIN para la calibración de instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático.
Las cargas indicadas en la prueba de linealidad se han aplicado de forma creciente.

INSTRUMENTACIÓN EMPLEADA

Patrones de masa empleados de clase M12 o superior:

PESAS: LAM-P 589 590 591 595 592 593 594 598 596 597 599 602 600 601 603 1310 604 607 1316 1319

CONJUNTO DE MASAS DE 1000 kg, 500 kg, 20 kg, 10 kg, 5 kg, 2 kg y 1 kg

Instrumento para la medida de las condiciones ambientales: LAM-M 240

TRAZABILIDAD

La trazabilidad de las medidas se refiere a nuestros patrones de referencia calibrados periódicamente en laboratorios nacionales firmantes del acuerdo de reconocimiento mutuo de CIPM o en laboraorio acreditados por ENAC, o por cualquier organismo de acreditación con el que ENAC haya firmado un acuerdo reconocimiento

Los resultados mostrados se refieren al objeto referido en la primera página de este certificado y al momento y condiciones en que se realizaron las medidas, no considerándose su estabilidad a más largo plazo

CONDICIONES DE CALIBRACIÓN

Temperatura máxima: 18,4 °C

Temperatura mínima: 18,0 °C

RESUMEN DE LAS PRUEBAS EFECTUADAS

Nº	PRUEBA	Realizado	Observaciones
1	Mediciones previas	NO	
2	Excentricidad	SI	
3	Repetibilidad	SI	
4	Linealidad	SI	



OBSERVACIONES

Cualquier ajuste no realizado de la forma que se ha indicado (si aplica) puede invalidar los resultados de la calibración.

En la determinación de los valores de incertidumbre expandida se han tenido en cuenta, entre otros, factores como incertidumbre asociada a patrones empleaos, rsultados de excentricidad y repetibilidad obtenidos en la calibración

La incertidumbre expandida declarada se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medida por el factor de cobertura k tal que la probabilidad de cobertura sea de aproximadamente el 95%. La incertidumbre típica de medida se ha obtenido conforme al documento EA-4/02M.

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CALIBRACIÓN

Para la determinación de los errores de indicación y cubrir el alcance del instrumento se han empleado cargas de sustitución.

ENSAYO DE ERROR DE INDICACIÓN

CARGA	Indicación	Error	Grados libertad efectivos	Factor de cobertura k	Incertidumbre expandida	Lastres empleados kg
0 kg	0 kg	0 kg	> 50	2	13 kg	40020
400 kg	400 kg	0 kg	> 50	2	13 kg	
4000 kg	4000 kg	0 kg	> 50	2	13 kg	
10000 kg	10000 kg	0 kg	> 50	2	13 kg	
16000 kg	16000 kg	0 kg	> 50	2	13 kg	
20000 kg	20000 kg	0 kg	> 50	2	14 kg	
30000 kg	30000 kg	0 kg	> 50	2	14 kg	
40000 kg	40020 kg	20 kg	> 50	2	15 kg	
44000 kg	44020 kg	20 kg	> 50	2	23 kg	

ENSAYO DE REPETIBILIDAD

CARGA	Indicaciones kg				Número de repeticiones	Desviación típica máxima
	1	2	3	4		
CARGA 1	21560	21560	21560	21560	4	0 kg
CARGA 2	43580	43580	43580	43580		

ENSAYO DE EXCENTRICIDAD

Indicaciones kg					
1	2	3	4	5	6
10000	10000	10000	10000	10000	10000

Valor de descentramiento
0 kg

Esquema

1	2	3
6	5	4



ETIQUETA DE CALIBRACIÓN

Si desea etiquetar el estado de calibración de su equipo, se adjunta modelo para su colocación sobre el instrumento.
Recortar por la línea de puntos.

