

**CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIODICA**

Nº **V-11-05.211**

Hoja Nº 1/1

**EMPRESA**

|            |                        |
|------------|------------------------|
| Nombre:    | ENAGAS SA              |
| Dirección: | PASEO DE LOS OLMOS, 19 |
| Localidad: | MADRID                 |

**EQUIPO**

|                      |   |
|----------------------|---|
| Tipo de instrumento: | BASCULA ELECT. DE GRAN TONELAJE DE PESAJE NO AUTOMATICO |
| Lugar de inspección: | MUELLE PRINCIPE FELIPE - VALLE DE ESCOMBRERAS (MURCIA)  |

**DATOS DEL INSTRUMENTO**

| Marca | Modelo | Nº de serie |
|-------|--------|-------------|
| EPEL  | BP-CZ  | 3452569     |

**Características:**

|   |  |                                  |
|---|--|----------------------------------|
| <b>A. Máximo</b><br>60 000 kg             | <b>A. Mínimo</b><br>1 000 kg               | <b>Max / e</b><br>3000           |
| <b>Rango de verificación</b><br>44 000 kg | <b>Escalón de verificación</b><br>20 kg    | <b>Resolución</b><br>20 kg       |
| <b>Clase de exactitud</b><br>III          | <b>Plataforma</b><br>HORMIGON - SOBRESUELO | <b>Medidas</b><br>16 X 3 m       |
| <b>Celulas</b>                            | <b>Marca</b><br>EPEL                       | <b>Modelo</b><br>CCS             |
|   |  | <b>Capacidad nominal</b><br>20 t |

|              |                      |                         |                               |
|--------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|
| <b>Visor</b> | <b>Marca</b><br>EPEL | <b>Modelo</b><br>MB-200 | <b>Nº de serie</b><br>9915816 |
|--------------|----------------------|-------------------------|-------------------------------|

Verificación periódica realizada por LABORATORIO METROLÓGICO DE MURCIA, S.L. El **05/04/2011** para la comprobación de los requisitos establecidos en la "Orden Ministerial de 27 de Abril de 1999 (BOE 8 de Mayo de 1999), por la que se regula el control metrológico del Estado para los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, en sus fases de verificación, después de reparación o modificación y de verificación periódica". En base al informe de ensayos de mismo número de certificado, se declara **APTO**. Y para que conste, se expide el presente certificado a fecha **05/05/2011**. La validez del presente certificado será hasta el **05/04/2013**, antes de cuya fecha, se deberá solicitar nueva verificación.

LABORATORIO METROLÓGICO DE MURCIA, S.L.  
Pol. Ind. Oeste, Parcela 24  
C/ Buen Hacer  
30169 SAN GINÉS (MURCIA)  
Tlf: 968 88 47 91

INSPECTOR: FRANCISCO J. RUIZ GONZALEZ      DIRECTOR TÉCNICO: JOSÉ A. ESPINOSA VICENTE

FRANCISCO J. RUIZ GONZALEZ      Fdo.: JOSÉ A. ESPINOSA VICENTE

EMPRESA AUTORIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA ENERGIA Y MINAS  
CON Nº DE CONTROL METROLOGICO 08-M-009