



Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A.

CONSEJERÍA DE ECONOMÍA, INNOVACIÓN, CIENCIA Y EMPLEO

Laboratorio: Laboratorio Provincial de Huelva  
Avda. Francisco Montenegro, 11  
21001 HUELVA (HUELVA)  
Teléfono: 959071063  
Fax: 959074003  
E-mail: METROHUELVA@VEIASA.ES

## Certificado de Verificación

**Certificado nº: 50M11969/1**

**Nº de muestra:** 1      **Tipo verificación:** Periódica      **Lugar de ensayo:** Dirección del titular.  
**Titular:** ENAGAS, S.A.  
**Domicilio:** POLIG. IND. NUEVO PUERTO      **CP:** 21810  
**Población:** PALOS DE LA FRONTERA      **Provincia:** HUELVA

### Patrones Utilizados

JUEGO DE PESAS DE CAMIONES con nº de control: E01007M  
MEDIDOR CONDICIONES AMBIENTALES con nº de control: E50079W

### Trazabilidad

Los patrones utilizados tienen trazabilidad a patrones nacionales o internacionales.

### Características del instrumento de pesaje

Nº Serie:	2000352	Alcance mínimo:	400,00kg
Marca:	EPELSA	Alcance Máximo:	60000,00kg
Modelo:	F-1000	Escalón real. (d):	20,000kg
Clase:	III	Escalón verif.:	20,000kg

### Precintos (número y situación)

1 Indicador FABRICANTE, Electronico con secuencia 14, 4 Caja de suma VEIASA, Adhesivo

### Resultado de los exámenes realizados

<b>Examen administrativo</b>	<b>Conforme</b>
<b>Examen metrológico</b>	<b>Conforme</b>
Ensayo de excentricidad	Conforme
Ensayo de repetibilidad (50% carga)	Conforme
Ensayo de repetibilidad (100% carga)	Conforme
Ensayo de pesaje hasta 40000 kg	Conforme
Ensayo de movilidad/sensibilidad	Conforme

**Resultado de la verificación:** CONFORME      Fecha verif.: 09/11/2015      Fecha cad.: 09/11/2017

Condición temperatura estable: SI      Humedad relativa durante los ensayos inferior al 85%: SI

### Observaciones

Las pruebas se han realizado en base a la ITTMET-4 y a la ITTMET-5, al procedimiento PEAM-4 establecidos por VEIASA y a la Orden Ministerial de 27 de abril de 1999 (B.O.E. nº 110 de 08/05/99), la Orden de 25 de febrero de 2000 de la Junta de Andalucía (B.O.J.A. nº 43 de 11/04/00) y la Orden Ministerial de 22 de diciembre de 1994 (B.O.E. nº 2 de 03/01/95). No se permite la reproducción parcial de este certificado sin autorización expresa para ello.



Fecha: 10/11/2015

Fdc: MIGUEL ANGEL DELGADO CORTES  
Cargo: VERIFICADOR DE LABORATORIO