



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Calibration Certificate

Número: 50M20000052/0001

Number

C/ Albert Einstein, 2, edificio VEIASA
41092 SEVILLA
Telf.: 955 540 444
Correo-e: metro@veiasa.es

VEIASA

INSTRUMENTO:

Báscula

Description

MARCA:

EPELSA

Brand

MODELO:

EPEL-21

Model

NÚMERO DE SERIE:

2000717

Serial number

Solicitante:

ENAGAS TRANSPORTE, S.L.U.

Applicant

POLÍGONO INDUSTRIAL NUEVO PUERTO,
S/N

21810 PALOS DE LA FRONTERA

HUELVA

FECHA DE ENSAYO:

21/05/2020

Date of calibration

Este certificado se expide de acuerdo con las condiciones de la acreditación concedida por ENAC, que ha comprobado las capacidades de medida del laboratorio y su trazabilidad a patrones nacionales o internacionales.

ENAC es firmante del Acuerdo de Reconocimiento Mutuo (MLA) de certificados de calibración de European Cooperation for Accreditation (EA) y de International Laboratories Accreditation Cooperation (ILAC).

This certificate is issued in accordance with the conditions of accreditation granted by ENAC which has assessed the measurement capability of the laboratory and its traceability to national or international standards.

ENAC is one of the signatories of the Multilateral Agreement of the European Cooperation for Accreditation (EA) and the International Laboratories Accreditation Cooperation (ILAC).



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: 50M20000052/0001

Características del instrumento

Número de serie:	2000717	Alcance mínimo:	400 kg
Marca:	EPELSA	Alcance máximo:	45000 kg
Modelo:	EPEL-21	Escalón real (d):	20 kg
Ubicación:	ZONA DE CARGA		

Patrones utilizados

E01006M, W00127

Trazabilidad

Los resultados de medida son trazables a patrones nacionales del Centro Español de Metrología (CEM) o patrones internacionales.

Procedimiento de calibración

Los ensayos se han realizado en base a la instrucción de trabajo ITMET06 Revisión 7 establecida por Verificaciones Industriales de Andalucía, S.A. para este tipo de instrumentos, basada en la norma EN 45501 y EURAMET/cg/17.

Condiciones del ensayo

Temperatura (°C)	26,2 ± 5,5
Humedad Relativa (%)	51,6 ± 10,4

Observaciones

Cualquier tipo de ajuste invalida los resultados reflejados en el certificado de calibración



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: 50M20000052/0001

Resultados

Carga (kg)	Indicación en carga (kg)	Indicación descarga (kg)	Error (kg)	Error de Histéresis (kg)	U (kg)
400	400	400	0	0	14
10000	10000	10000	0	0	15
20000	20000	20000	0	0	16
20000	40000	40000	20000	0	36
40000	60000	60000	20000	0	47

La incertidumbre expandida de medida (U_e) se ha obtenido multiplicando la incertidumbre típica de medición por un factor de cobertura $k = 2$ que, para una distribución normal, corresponde a una probabilidad de cobertura de aproximadamente el 95%. La incertidumbre típica se ha determinado conforme al documento EA-4/02 M:2013.

Los resultados contenidos en el presente certificado se refieren al momento y condiciones en que se realizaron las medidas.

The results contained in this certificate refer to the time and conditions under which measurements were made.

Este certificado no podrá ser reproducido parcialmente sin la aprobación por escrito del Laboratorio que lo emite.

This certificate may not be partially reproduced without the written approval of the laboratory that issued.



CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN: 50M20000052/0001


Resultados de pesaje previo al ajuste

No se ha realizado el pesaje previo al ajuste al no proceder

Carga	Indicación	Error
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Resultados de excentricidad previo al ajuste

No se ha realizado excentricidad previo al ajuste al no proceder



Carga utilizada -

Posición	Indicación	ΔL	P
Centro	-	-	-
1	-	-	-
2	-	-	-
3	-	-	-
4	-	-	-
5	-	-	-
6	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-