



Certificado de Verificación

Certificado nº: 50M09958/3

Nº de muestra: 3 Tipo verificación: Periódica Lugar de ensayo: Dirección del titular.

Titular: ENAGAS, S.A.
Domicilio: POLIG. IND. NUEVO PUERTO CP: 21810
Población: PALOS DE LA FRONTERA Provincia: HUELVA

Patrones Utilizados

JUEGO DE PESAS DE CAMIONES con nº de control: E01007M
MEDIDOR CONDICIONES AMBIENTALES con nº de control: E50079W

Trazabilidad

Los patrones utilizados tienen trazabilidad a patrones nacionales o internacionales.

Características del instrumento de pesaje

Nº Serie: 2000351	Alcance mínimo:	400,00kg
Marca: EPELSA	Alcance Máximo:	60000,00kg
Modelo: F-1000	Escalón real. (d):	20,000kg
Clase: III	Escalón verif.:	20,000kg

Precintos (número y situación)

1 Indicador VEIASA, Adhesivo, 4 Caja de suma VEIASA, Adhesivo

Resultado de los exámenes realizados

Examen administrativo	Conforme
Examen metrológico	Conforme
Ensayo de excentricidad	Conforme
Ensayo de repetibilidad (50% carga)	Conforme
Ensayo de repetibilidad (100% carga)	Conforme
Ensayo de pesaje hasta 40000 kg	Conforme
Ensayo de movilidad/sensibilidad	Conforme

Resultado de la verificación: CONFORME Fecha verif.: 13/11/2013 Fecha cad.: 13/11/2015

Condición temperatura estable: SI Humedad relativa durante los ensayos inferior al 85%: SI

Observaciones

Las pruebas se han realizado en base a la ITTMET-4 y a la ITTMET-5, al procedimiento PEAM-4 establecidos por VEIASA y a la Orden Ministerial de 27 de abril de 1999 (B.O.E. nº 110 de 08/05/99), la Orden de 25 de febrero de 2000 de la Junta de Andalucía (B.O.J.A. nº 43 de 11/04/00) y la Orden Ministerial de 22 de diciembre de 1994 (B.O.E. nº 2 de 03/01/95). No se permite la reproducción parcial de este certificado sin autorización expresa para ello.



Fecha: 13/11/2013

Fdo: MIGUEL ANGEL DELGADO CORTES

Cargo: VERIFICADOR DE LABORATORIO