

**CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN PERIODICA**

Nº **V-11-05.209**

Hoja Nº 1/1

**EMPRESA**

Nombre: **ENAGAS SA**  
Dirección: **PASEO DE LOS OLMOS, 19**  
Localidad: **MADRID**

**EQUIPO**

Tipo de instrumento: **BASCULA ELECT. DE GRAN TONELAJE DE PESAJE NO AUTOMATICO**  
Lugar de inspección: **MUELLE PRINCIPE FELIPE - VALLE DE ESCOMBRERAS (MURCIA)**

**DATOS DEL INSTRUMENTO**

<b>Marca</b>	<b>Modelo</b>	<b>Nº de serie</b>
EPEL	BP-CZ	8110071

**Características:**

<b>A. Máximo</b>	<b>A. Mínimo</b>	<b>Max / e</b>	
60 000 kg	1 000 kg	3000	
<b>Rango de verificación</b>	<b>Escalón de verificación</b>	<b>Resolución</b>	
44 000 kg	20 kg	20 kg	
<b>Clase de exactitud</b>	<b>Plataforma</b>	<b>Medidas</b>	<b>Nº de apoyos</b>
III	HORMIGON - SOBRESUELO	16 X 3 m	6
<b>Celulas</b>	<b>Marca</b>	<b>Modelo</b>	<b>Capacidad nominal</b>
	EPEL	STR	36,28 t

<b>Visor</b>	<b>Marca</b>	<b>Modelo</b>	<b>Nº de serie</b>
	EPEL	MB-200	9915814

Verificación periódica realizada por LABORATORIO METROLÓGICO DE MURCIA, S.L. El **05/04/2011** para la comprobación de los requisitos establecidos en la "Orden Ministerial de 27 de Abril de 1999 (BOE 8 de Mayo de 1999), por la que se regula el control metrológico del Estado para los instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático, en sus fases de verificación, después de reparación o modificación y de verificación periódica". En base al informe de ensayos de mismo número de certificado, se declara **APTO**. Y para que conste, se expide el presente certificado a fecha **05/05/2011**. La validez del presente certificado será hasta el **05/04/2013**, antes de cuya fecha, se deberá solicitar nueva verificación.

LABORATORIO METROLOGICO DE MURCIA, S.L.  
Pol. Industrial Oeste, Parcela 24  
C/ Buen Hacer  
Tlf. 968 88 47 91  
30169 SAN GINÉS (Murcia)

INSPECTOR FRANCISCO J. RUIZ GONZALEZ Fdo.: JOSE A. ESPINOSA VICENTE DIRECTOR TÉCNICO

EMPRESA AUTORIZADA POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INDUSTRIA ENERGIA Y MINAS  
CON Nº DE CONTROL METROLOGICO 08-M-009