

## UNIDAD TÉCNICA RESPONSABLE:

Avda. de Las Regiones, 5 13600-ALCAZAR DE SAN JUAN (CIUDAD REAL) Tfno.:926588100 email:alcazar@ingein.es

OFICINA COMERCIAL: Avda. de la Constitución, 22 33401-AVILES (ASTURIAS) Tfno.:985566730 email:asturias@ingein.es

**CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE INSTRUMENTO DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO**

- Periódica  
 Después de reparación  
 Después de modificación

N.º : **V331\_00034\_25***Reglamentación reguladora**ORDEN ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida.*• **TITULAR:** 289579Entidad **Musel Energy Hub, S.L**

NIF/CIF: B44907459

• **Lugar de ubicación**

289579

Musel Energy Hub, S.L  
PUERTO EL MUSEL  
33212 GIJON  
ASTURIAS• **INSTRUMENTO**• **Datos del conjunto**

**Denominación:** Báscula puente  
**Marca:** GRUPO EPELSA  
**Modelo:** EPEL-21  
**Nº Serie:** 8113584

**Características Técnicas**

**Max:** 45000 kg      **e:** 20 kg  
**Min:** 400 kg      **Clase:** III

- **FECHA DE VERIFICACIÓN:** 15 de enero de 2025  
• **RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN:** CONFORME

Cargo: Jefe de Laboratorio  
Firma digital

Signatario/a autorizado/a

Certificado n°:

V331\_00034\_25

• **PRECINTOS EXISTENTES:**

Nº	Entidad	Identif.	Ubicación	Tipo	Reprec.
1	FABRICANTE	CONTADOR:7	DISP.INDICADOR	ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
1	INGEIN	0031673	CAJA SUMAS	ETIQUETA	<input type="checkbox"/>
1	INGEIN	0031674	CAJA SUMAS	ETIQUETA	<input type="checkbox"/>
1	INGEIN	0031675	ACCESO AJUSTE Y CIERRE PLACA ANALOGICA	ETIQUETA	<input type="checkbox"/>

• **PRECINTOS COLOCADOS:**

• **VALIDEZ DE ESTA VERIFICACIÓN:** 15 de enero de 2027 si antes no hay una operación de reparación o modificación que obligue a una verificación después de reparación o modificación

• **INSPECTOR RESPONSABLE:** JOSE IGNACIO ALONSO HERRERA

• **OBSERVACIONES:**

