

UNIDAD TÉCNICA RESPONSABLE:

Avda. de Las Regiones, 5 13600-ALCAZAR DE SAN JUAN (CIUDAD REAL) Tfno.:926588100 email:alcazar@ingein.es

OFICINA COMERCIAL: Avda. de la Constitución, 22 33401-AVILES (ASTURIAS) Tfno.:985566730 email:asturias@ingein.es

CERTIFICADO DE VERIFICACIÓN DE INSTRUMENTO DE PESAJE DE FUNCIONAMIENTO NO AUTOMÁTICO

- Periódica
 Después de reparación
 Después de modificación

N.º : **V331_00035_25***Reglamentación reguladora**ORDEN ICT/155/2020, de 7 de febrero, por la que se regula el control metrológico del Estado de determinados instrumentos de medida.***• TITULAR:** 289579Entidad **Musel Energy Hub, S.L**

NIF/CIF: B44907459

• Lugar de ubicación

289579

Musel Energy Hub, S.L
PUERTO EL MUSEL
33212 GIJON
ASTURIAS**• INSTRUMENTO****• Datos del conjunto**

Denominación: Báscula puente
Marca: GRUPO EPELSA
Modelo: EPEL-21
Nº Serie: 8113585

Características Técnicas

Max: 45000 kg **e:** 20 kg
Min: 400 kg **Clase:** III

- FECHA DE VERIFICACIÓN:** 15 de enero de 2025
• RESULTADO DE LA VERIFICACIÓN: CONFORME

Cargo: Jefe de Laboratorio
Firma digital

Signatario/a autorizado/a

Certificado nº:

V331_00035_25

• **PRECINTOS EXISTENTES:**

Nº	Entidad	Identif.	Ubicación	Tipo	Reprec.
1	FABRICANTE	CONTADOR:13	DISP.INDICADOR	ELECTRONICO	<input type="checkbox"/>
1	INGEIN	0031671	CAJA SUMAS	ETIQUETA	<input type="checkbox"/>
1	INGEIN	0031672	CAJA SUMAS	ETIQUETA	<input type="checkbox"/>
1	REPARADOR	05-M-026439	CIERRE CHASIS INDICADO	ETIQUETA	<input checked="" type="checkbox"/>

• **PRECINTOS COLOCADOS:**

Nº	Entidad	Identif.	Ubicación	Tipo
2	INGEIN	17-OV-0284106/17-OV-0284107	CIERRE CHASIS INDICADOR	ETIQUETA

• **VALIDEZ DE ESTA VERIFICACIÓN:** 15 de enero de 2027 si antes no hay una operación de reparación o modificación que obligue a una verificación después de reparación o modificación

• **INSPECTOR RESPONSABLE:** JOSE IGNACIO ALONSO HERRERA

• **OBSERVACIONES:**

